



送信器名称 CH番号	検体冷凍庫(-80 °C)
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	-57.2
最低値	-78.7
平均値	-77.5

11-Apr-2018 の午後には 温度の逸脱があったが 検体は無かったため問題なしと
した。

17-Apr-2018 馬場 亨