



送信器名 CH番号	注射器 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	26.5
最低値	24.9
平均値	25.6

I carried out thermometer validation by CHINO Corp. on 27/Nov/2015.

01 / Dec / 2015 鈴木 聖