



送信器名称 CH番号	冷凍庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	-27.4
最低値	-29.4
平均値	-28.6

2015/10/18 定期停電
 発電回路停電 (8:10 - 8:40
 13:30 - 14:10 ← 一般回路へ接続
 16:30 - 16:40

20/Oct / 2015 鈴木 聖