



送信器名称 CH番号	冷凍庫 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	-24.7
最低値	-29.2
平均値	-28.3

2015. 11. 27 4) - (株) による温度計バリケーション実施

2015. 11. 30 日本TII-サー による冷凍庫の定期点検実施

01 / Dec / 2015 鈴木 聖