



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B201 41202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.2
最低値	3.5
平均値	4.7

2015.7.17 11:25 庫内温度 8.2°Cに上昇(扉の開閉時間が長くなるため)
11:26 8.0°C以下になるのを目視にて確認

当該依頼者への対応済

21 / Jul / 2015 鈴木 聖

(2015.7.17 11:20 4.3°C
11:25 8.2°C
11:30 5.7°C
11:35 4.1°C
11:40 5.1°C)