



送信器名称 CH番号	冷蔵庫A20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	6.5
最低値	1.0
平均値	4.8

2016.10.6 0時頃 治験薬冷蔵庫設置場所(薬剤部)の移転に伴う準備を行った
 0:55 1°Cとなり警報が鳴り、
 1:00 3.8°Cとなるのを確認した。
 原因としては、冷蔵庫の冷気口を塞いだことが考えられる。
 2016.10.6 当該依頼者へ連絡済
 2016.10.11 K.S. 2016.10.11.F.S.

(2016.10.6 0:45 2.4°C
 0:50 1.0°C
 0:55 1.8°C
 1:00 3.8°C)

11/Oct/2016 鈴木 聖