



送信器名称 CH番号	冷蔵庫A20141202 OH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	6.5
最低値	3.6
平均値	5.2

01 / Nov / 2016 鈴木 聖