



送信器名称 CH番号	冷蔵庫A20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	6.1
最低値	3.7
平均値	4.9

04 / Jan / 2017 山本 理恵

* 2016/12/29 ~ 2017/1/3
 年末年始休みのため、
 2017/1/4に1週間分の
 確認を行った。