



送信器名称 CH番号	冷凍庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	49
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	-70.1
最低値	-78.7
平均値	-76.9

30-May-2017 山本 理恵  
 2017.5.28 10時~12時 移転作業を行ったため、  
 冷凍庫の温度上昇は、作業を終了して。