



送信器名称 CH番号	冷蔵庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	10.1
最低値	4.5
平均値	4.8

13-Jun-2017 山本理恵

* 2017.6.12 15:30頃 検体回収後に温度上昇し、8.0℃を超えた。
その後、冷蔵庫内の整理を行うため、温度収録を停止した。