



送信器名称 CH番号	冷蔵庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	5.1
最低値	4.3
平均値	4.7

20-Jun-2017 山本 理恵

\* 2017.6.12の15:30頃、検体回収後に温度上昇し、8.0℃を超えた。その後、冷蔵庫内の整理を行うため、温度収録を停止し、温度が安定してから、収録を再開した。