



送信器名称 CH番号	冷蔵庫A20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	6.4
最低値	3.7
平均値	5.4

13-Jun-2017 山本 理恵