



| 送信器名称 CH番号 | 冷蔵庫B20141202 CHI |
|---------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位 | ℃ |
| 収録データ数 | 2017 |
| 欠損データ数 | 0 |
| 測定間隔 | 00:05:00 |
| 最高値 | 5.4 |
| 最低値 | 3.4 |
| 平均値 | 4.5 |

04-Jul-2017 山本 理恵

2017.6.28の9:10~11:05の期間、電池交換時の記録停止のため、記録無し。冷蔵庫の開閉はTポイントのため、庫内温度に逸脱は発生していないと考えられる。