



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.4
最低値	3.4
平均値	4.8

08-Aug-2017 山本 理恵

2017.8.3 10:05 温度センサー付近に物を置いたため、
8.4℃まで温度が上昇した。アラームが鳴り、すぐセンサー付近の
物を移動させ8℃以下に低下した。冷蔵庫B内に保管
している治験薬の治験依頼者へ連絡し、処置対応済み。