



送信器名称 CH番号	検体冷凍庫(-20°C)
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	84
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	-27.2
最低値	-30.1
平均値	-28.8

2017.10.23 検体冷凍庫(-20°C)を新たに購入
 2017.10.27 冷凍庫に温度計を設置し温度収録を開始

31-Oct-2017 山本 理恵