



送信器名称 CH番号	検体冷凍庫(-8 0°C)
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	40
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	-53.7
最低値	-81.1
平均値	-78.9

2017.10.25 15時頃 冷凍庫扉の開閉時間が長かったため、
 -53.7°Cまで温度上昇あり。その後、目視で
 温度低下を確認。(5分後)
 温度計の不具合にて温度収録できず、新たに
 温度計購入時(2017.10.30)まで、営業日のみ毎日
 目視で温度上昇が確認できると確認。

2017.10.31

山本理恵

No.1