



送信器名称 CH番号	検体冷凍庫(-80 °C)
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	-64.2
最低値	-79.4
平均値	-77.5

2018/04/18 12時頃 -65°C を超える温度 逸脱があったため、検体はなし。

24-Apr-2018 馬場 亨