



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	6.0
最低値	4.5
平均値	5.2

02-Apr-2018 9:00~16:10までデータ記録の停止あり。温度Rガーの電池交換の際、にSTOPボタンを押してしまためである。内部電源もあり、電池交換は問題なかため、2~8℃の温度管理は記録停止時も継続して行われていた。また、その際扉の開閉もなく温度が変動する要因はなかった。記録は停止していたが、2~8℃内でモーターは出来ており、温度逸脱のアラームもならなかったため、温度範囲内で経過していたと考えられる。

03-Apr-2018 馬場 亨