



送信器名称 CH番号	検体冷凍庫(-80 °C)
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	-43.3
最低値	-81.0
平均値	-79.0

2018年9月20日(木)16:00 -43.3°Cの温度上昇あり。
 その時保管されている保管検体あり。当該試験
 の依頼者(CRA)に対応について、それぞれ連絡を行った。

26-Sep-2018 馬場 亨