

温度確認表 (別紙1)

JAN · FEB · MAR · APR · MAY · JUN · JUL · AUG · SEP · OCT · NOV · DEC 1 2019						
1	2	3	4	5	6	7
:	:	:	薬剤師 31. 1. 4 馬場 亨 8:30 T.B	:	:	薬剤師 31. 1. 7 馬場 亨 8:30 T.B
8	9	10	11	12	13	14
薬剤師 31. 1. 8 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 9 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 10 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 11 馬場 亨 8:30 T.B	:	:	:
15	16	17	18	19	20	21
薬剤師 31. 1. 15 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 16 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 17 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 18 馬場 亨 8:30 T.B	:	:	薬剤師 31. 1. 21 馬場 亨 8:30 T.B
22	23	24	25	26	27	28
薬剤師 31. 1. 22 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 23 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 24 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 25 馬場 亨 8:30 T.B	:	:	薬剤師 31. 1. 28 馬場 亨 8:30 T.B
29	30	31	<備考> 1月31日午前 温度記録を確認した際、保温庫3の記録が欠測していた。期間は2019年1月30日21:05~2019年1月31日0:10である。原因不明であり、不具合が生じたとして各依頼者へ報告している。当日停電なく、他記録は正常に作動していた。Toru Baba 31/Jan/2019			
薬剤師 31. 1. 29 馬場 亨 8:30 T.B	薬剤師 31. 1. 30 馬場 亨 8:30 T.B	:				

注意) 逸脱が無かったことを確認した場合のみ押印すること。

備考欄へは確認印が押せない理由等の特記事項を記載すること。