



送信器名称 CH番号	検体冷凍庫(-80 °C)
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	-60.3
最低値	-82.2
平均値	-80.6

2019年5月15日 15:00 -60.3°Cまで温度が上昇した。観測時すぐにアラームが鳴り、状況を
確認したところ扉がしきりに閉まっていなかったための温度上昇と分かった。
保管工れていた検体については、各依頼者に連絡を行った。

21 - May - 2019 馬場 亨