



送信器名称 CH番号	保温庫2(201610) CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	37
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	22.6
最低値	21.6
平均値	22.2

2019年6月28日 9:25~9:35の間、保温庫2の温度記録のデータが欠損した。  
 10分間隔で測定しているおんじり(2019年5月16日校正済)のバックアップ温度計は  
 問題なかった。各依頼者に報告し、経緯と結果については治験薬管理ファイル  
 に保管した。 Toru Baba 28/Jun/2019