



| 送信器名称 CH番号 | 検体冷凍庫(-80 °C) |
|---------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位 | °C |
| 収録データ数 | 169 |
| 欠損データ数 | 0 |
| 測定間隔 | 01:00:00 |
| 最高値 | -77.5 |
| 最低値 | -82.2 |
| 平均値 | -80.8 |

10 - Sep - ~~2018~~
2019
error 2019.9.10 T.B
馬場 亨