



2022.5.20 検体用 -20℃冷凍庫交換 (KGT-4010HC A)
16:00

2022.5.23 8:31 庫内温度安定を確認するまで検体保管なし



表示範囲 2022-05-17 00:05:00 - 2022-05-24 00:06:00
計算範囲 2022-05-17 00:05:00 - 2022-05-24 00:06:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.2	-20℃カ	60 min.	169	℃	19.6	-30.6	-25.1

24 MAY 2022 梁木美幸