




表示範囲 2025-08-19 00:35:00 - 2025-08-26 00:37:00
 計算範囲 2025-08-19 00:35:00 - 2025-08-26 00:37:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.11	-80℃検	60 min.	169	℃	-40.3	-83.9	-79.5

8/21 6:36 温度ロガーのセンサーエラーにより-80℃の検体保管庫の温度記録が
 ずれてアラームが鳴り、目視にて-82.5℃であることを確認
 同日 16:00 霜取りのため一時的に温度上昇
 温度が安定するまで検体は-80℃検体2に移動済

20 AUG 2025 Hiromi Ichinose