




表示範囲 2025-10-14 00:35:00 - 2025-10-21 00:36:00

計算範囲 2025-10-14 00:35:00 - 2025-10-21 00:36:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.11	-80℃検	60 min.	169	℃	12.5	-86.8	-79.4

現在未使用の温度口が取り口おしのため 10/17 16:16-17:25 電源オフ
10/17 16:00 - 10/20 9:00 柜体は -80℃2 に動作

21 OCT 2025 Hiromi Ichinose