



| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 送信器名称 CH番号 | 冷凍庫 OH1 |
| ▶ グラフ表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位 | ℃ |
| 収録データ数 | 2017 |
| 欠損データ数 | 0 |
| 測定間隔 | 00:05:00 |
| 最高値 | -27.8 |
| 最低値 | -29.1 |
| 平均値 | -28.5 |

21 / Apr / 2015

金本 聖