



送信器名称 CH番号	冷蔵庫C CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.1
最低値	3.2
平均値	4.6

2015.10.20 15:00頃 室温にもとづいている治験薬管理ファイルと温度計端子近<の棚へ
返却した。

15:05 8.1℃となり警報がなされた。経過観察。

15:10 6.7℃となるのを確認した。

当日中に当該依頼者へ連絡し対応済み

(14:55 6.2℃)
(15:00 6.8℃)
(15:05 8.1℃)
(15:10 6.7℃)

27 / Oct / 2015 鈴木 聖