



送信器名称 CH番号	冷蔵庫C CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.3
最低値	2.9
平均値	4.5

2016/8/9 14:50 三台実験室調剤中に 8.3℃となり警報が鳴り、T₂ (14:45 6.2℃)
 14:55 庫内から5.8℃にT₂, T₁の値を確認 (14:50 8.3℃)
 (14:55 5.8℃)

2016/8/10 11:05 三台実験室調剤中に 8.3℃となり警報が鳴り、T₂
 11:10 庫内から5.3℃にT₂, T₁の値を確認 (11:00 4.1℃)
 (11:05 8.3℃)
 (11:10 5.3℃)

両日ともに警報後すみやかに当該依頼者への連絡済み

16 / Aug / 2016 鈴木 聖