



送信器名称 CH番号	冷蔵庫C CHI	冷蔵庫C CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃
収録データ数	1003	1007
欠損データ数	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00
最高値	6.7	6.4
最低値	3.6	3.7
平均値	5.3	4.6

冷蔵庫Cから冷蔵庫Dへ一時的な治験薬移動。

2018年12月7日 9:28に治験薬の移動完了。(旧温度ロガーデータ収録11:50まで) 11:50より新しい温度ロガー交換開始し、12:30よりデータ収録開始。
2018年12月10日 10:30より治験薬の移動開始し、10:40移動が完了した。

11-Dec-2018

馬場 亨