

おんどとりJr.配置表【2026.10.13】

配置場所	製造番号
内服薬1	52BAB3CD
内服薬2	52BAB3CE
注射薬	52BAB3CB
保温庫1	52BAB3BF
保温庫2	52BAB3CC
保温庫3	52BAB3CA
冷蔵庫A	52BAB3C0
冷蔵庫B	52BAB3CF
冷蔵庫C	52BAB3C6
冷蔵庫D	52BAB3C7
冷蔵庫E	52BAB3C8
冷蔵庫F	528249DA
冷蔵庫G	5282DC96
(検)冷蔵	52821806
(検)-20℃	52BAB3C9
(検)-80℃	52C25350
(検)-80℃(2)	52C33128

発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-1

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社おんどとり製)

形式 (Model No) RTR-502L

製造番号 (Serial No) 52BAB3CD

管理番号 (Management No) 30079

校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化学株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課 TEL 0263-25-3111



帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D

発行日
発行番号

2026年9月18日
T26-09056-2

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイノテック製)
形式 (Model No) RTR-502L
製造番号 (Serial No) 52BAB3CE
管理番号 (Management No) 30080
校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化学株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-3

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株ティアドレイ製)

形式 (Model No) RTR-502L

製造番号 (Serial No) 52BAB3CB

管理番号 (Management No) 30077

校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。

この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課 TEL 0263-25-3111



帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D

発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-4

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社おんどとり製)

形式 (Model No) RTR-502L

製造番号 (Serial No) 52BAB3BF

管理番号 (Management No) 30075

校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。

この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課

TEL 0263-25-3111



発行日
発行番号

2026年9月18日
T26-09056-5

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社おんどとり製)
形式 (Model No) RTR-502L
製造番号 (Serial No) 52BAB3CC
管理番号 (Management No) 30078
校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

百瀬

発行日 2026年9月18日
発行番号 T26-09056-6

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株ティント*ティ製)
形式 (Model No) RTR-502L
製造番号 (Serial No) 52BAB3CA
管理番号 (Management No) 30076
校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-7

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株ティントデー製)

形式 (Model No) RTR-502L

製造番号 (Serial No) 52BAB3C0

管理番号 (Management No) 30082

校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。

この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課

TEL 0263-25-3111



発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-8

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社アイノテック製)

形式 (Model No) RTR-502L

製造番号 (Serial No) 52BAB3CF

管理番号 (Management No) 30081

校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。

この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化学株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2026年9月18日
発行番号 T26-09056-9

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社おんどとり製)
形式 (Model No) RTR-502L
製造番号 (Serial No) 52BAB3C6
管理番号 (Management No) 30083
校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-10

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株ティントデイ製)

形式 (Model No) RTR-502L

製造番号 (Serial No) 52BAB3C7

管理番号 (Management No) 30084

校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日 2026年9月18日
発行番号 T26-09056-11

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社オンドとり製)
形式 (Model No) RTR-502L
製造番号 (Serial No) 52BAB3C8
管理番号 (Management No) 30085
校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D

発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-12

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株ティントデイ製)

形式 (Model No) RTR502BL

製造番号 (Serial No) 528249DA

管理番号 (Management No) 36232

校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。

この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課

TEL 0263-25-3111



発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-13

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株ティントデイ製)

形式 (Model No) RTR502BL

製造番号 (Serial No) 5282DC96

管理番号 (Management No) 40402

校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。

この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課

TEL 0263-25-3111



帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D

発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-14

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社おんどとり製)

形式 (Model No) RTR502BL

製造番号 (Serial No) 52821806

管理番号 (Management No) 33472

校正年月日 (Date) 2026年9月16日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。

この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0009	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課

TEL 0263-25-3111



発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-15

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株ティント・デ・イ製)

形式 (Model No) RTR-502L

製造番号 (Serial No) 52BAB3C9

管理番号 (Management No) 30086

校正年月日 (Date) 2026年9月17日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。

この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0007	2027年8月31日

高山理化学機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課

TEL 0263-25-3111



発行日 2026年9月18日
発行番号 T26-09056-16

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社オンドトリ製)
形式 (Model No) RTR-505-PtL
製造番号 (Serial No) 52C25350
管理番号 (Management No) 30087
校正年月日 (Date) 2026年9月17日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0007	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行日

2026年9月18日

発行番号

T26-09056-17

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 香川大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 殿

製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社オンドトリ製)

形式 (Model No) RTR505BL

製造番号 (Serial No) 52C33128

管理番号 (Management No) 40403

校正年月日 (Date) 2026年9月17日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。

この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F201-8	CA-0253C0003	2027年8月31日
白金測温抵抗体 / R900-F25AD	TS-0257C0007	2027年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課

TEL 0263-25-3111



帳票登録番号 ; 409-02 Rev. D